

上海市妇幼保健中心
声阻抗测听设备采购项目

比选文件

采购人：上海市妇幼保健中心

2025 年 6 月

目 录

第一部分	采购邀请
第二部分	供应商须知
第三部分	采购需求
第四部分	评审办法
第五部分	格式附件
第六部分	合同书格式和合同条款

第一部分 采购邀请

上海市妇幼保健中心（以下简称“采购人”）就上海市妇幼保健中心声阻抗测听设备采购项目采用比选方式实施采购，欢迎符合资格要求的供应商前来参加。

一、项目概况

- 1、项目名称：上海市妇幼保健中心声阻抗测听设备采购项目
- 2、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：声阻抗测听设备 1 台。详见比选文件第三部分采购需求。
- 3、交付期限：合同生效后 30 日内
- 4、交付地址：普陀区泸定路 339 号
- 5、交付状态：货到现场/完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。
- 6、预算金额：10 万元，壹台。超出预算金额的报价无效。详见比选文件第三部分采购需求。

具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以采购文件相应规定为准。

二、供应商资格要求

1、供应商应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件。

2、如投标人拟投标货物为医疗器械的，应提供投标货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》；投标人应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标人的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械）。

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体。

4、供应商自开展经营活动以来，无行贿犯罪记录（须提供无行贿犯罪记录声明）。

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7、本项目不接受联合体参加，不允许转包或分包。

三、递交响应文件截止时间及地点

1. 本项目无须报名，直接从网站下载采购文件。

2. 递交响应文件截止时间：2025-06-25 10:00，迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。

3. 响应文件递交地点：上海市普陀区泸定路 339 号 507 室。

联系人：杜敏翔

联系方式：32576357；18917617659

四、公告期限：本项目采购公告期限为 5 个工作日

五、发布公告的媒介：上海市妇幼保健中心（<https://www.shmchc.cn/>）

采购人：上海市妇幼保健中心

地址：上海市普陀区泸定路 339 号

联系人：杜敏翔

电话：18917617659

第二部分 供应商须知

一、总则

1、适用范围

1.1 本采购文件仅适用于采购邀请中所叙述的采购项目。

2、合格的供应商

2.1 凡有能力承接此采购项目的国内供应商均为合格的供应商。合格的供应商必须具备采购邀请中规定的资格条件。

2.2 供应商应在承接此项目后不得转包和分包。

二、采购文件

1、采购文件说明

1.1 采购文件用以阐明所需货物、采购程序、响应文件的编写和递交、评定成交的标准、合同条款的文件等。采购文件由下述部分组成：

- (1) 采购邀请
- (2) 供应商须知
- (3) 采购需求
- (4) 评审办法
- (5) 格式附件
- (6) 本项目采购文件的澄清、修改内容

1.2 供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。如果供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面作出实质性响应，则响应文件有可能被认定为无效文件，其风险由供应商自行承担。

2、采购文件的澄清及修改

2.1 本项目如有澄清或者修改，其内容作为采购文件的组成部分，对供应商有约束力。

三、响应文件的编制

1、响应文件的语言及计量

1.1 供应商提交的响应文件使用简体中文书写，且使用 **A4** 纸格式（当有特殊说明时除外）。

1.2 除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

1.3 本采购文件所叙述的时间、价格，若无特殊说明均以北京时间和人民币作考量。

2、响应文件的构成。包括但不限于以下所列文件。各类文件格式详见比选文件第五部分，未有明确要求的格式自拟。

2.1 商务部分：

（1）承诺书

（2）响应函

（3）法定代表人授权书、被授权人社保证明材料

（4）报价一览表

（5）营业执照等相关资质证书

（6）生产或经营许可证、注册证、质量保证体系及其质量认证证明、产品检测报告（若有）

（7）近三年内类似项目实施情况一览表（附件格式六）及证明材料

（8）供应商认为需加以说明的其他内容

2.2 技术部分：

供应商应按照以下要求编制并提交技术响应文件，对采购人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物和相关服务符合比选文件规定。

技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

（1）投标货物技术偏离表

（2）投标货物配件明细表

（3）投标货物技术参数及技术支持资料

（4）安装、调试等伴随服务内容工作计划说明（格式自拟）

（5）售后服务内容及措施说明（格式自拟）

（6）按照本比选文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项

注：供应商提交的响应文件必须包含以上内容，有序装订，要求有页码及目录。

3、响应文件的签署及规定

3.1 供应商提交纸质文件正本壹份，副本贰份。

4、价格货币

4.1 报价货币：人民币。

4.2 评审货币换算：本次采购的评审货币为人民币。

5、报价要求

5.1 供应商必须认真阅读理解采购文件，根据采购文件的要求进行报价。

5.2 供应商的最后报价应是采购文件所确定采购范围的全部内容的价格体现。

5.3 报价人应按比选文件中所附格式填写单价和总报价；如果单价与总报价不符，以单价为准；采购人不接受有任何选择的报价。

5.4 供应商所报的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.5 最低报价不能作为成交的唯一保证。

6、响应文件有效期

6.1 采购文件确定的响应文件有效期至少为90天，以递交响应文件截止时间之日起始计。

五、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1 供应商须将响应文件密封装在外层信封中，外层信封上须注明供应商名称、项目名称。

1.2 响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

1.3 响应文件须在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

1.4 响应文件的书写应清楚工整，除报价人对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由报价人法定代表人或法定代表人委托的报价代理人签字或盖章。

- 1.5 响应文件不得字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解。
 - 1.6 本项目不接受以电报、电话、传真形式递交的响应文件。
 - 1.7 响应文件应按比选文件规定签章处加盖对应要求的报价人公章、报价人法定代表人、法定代表人委托的报价代理人的签字或印章。
- 2、响应文件的递交
- 2.1 所有响应文件必须按定时间、地点递送，采购人将拒绝在报价截止时间后递交的响应文件。
 - 2.2 因比选文件的修改推迟报价截止时间时，则按修改通知规定的时间递交。
 - 2.3 报价截止时间以后不得修改响应文件。
 - 2.4 报价人不得在响应文件开启时间起至响应文件有效期期满前撤销响应文件。

六、响应文件开启

- 1、响应文件开启时间：开启时间同响应截止时间

地址：上海市普陀区泸定路 339 号

- 2、首次公告后报名满足 3 家，至响应文件递交截止时间时报价人不足 3 家的，采购人将重新发布比选公告。

七、评审与成交

- 1、评审小组

1.1 采购人将根据采购项目的特点组建评审小组，评审小组成员数量为 3 人及以上单数。评审小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 1.2 评审程序

1.2.1 响应文件的审查。评审小组对响应文件进行评审，确定符合资格条件及实质性要求的供应商。通过资格条件及实质性要求检查的响应文件将按照最低价法或综合评分法进行评审（详见第四部分评审办法）。

1.2.2 实质性响应的响应文件是指与比选文件要求的全部条款、条件和规定相符，没有重大偏离的响应文件。所谓重大偏离是指实质上影响合同的采购范围、质量和

性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或供应商的义务。评审小组决定响应文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

1.2.3 评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

1.2.4 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

1.2.5 根据有关规定，出现下列情形之一的，评审小组将否决所有供应商的报价或取消本次采购活动：

- (1) 首次公告后，有效响应不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的；
- (4) 报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (5) 评审小组经评审认为所有响应文件都不符合比选文件要求的。

1.3 无效响应

1.3.1 比选评审小组将按照《资格条件及实质性要求响应表》要求对响应文件进行初审，初审包括资格性检查和符合性检查。依据法律法规和比选文件的规定，审查、确定提交响应文件的供应商是否具备响应资格。其次，依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，响应文件未对比选文件的实质性要求作出了响应的，将被认定为无效响应。

1.3.2 评审小组在进行资格性和符合性审查时，对属于下列情况之一的响应文件，将作无效报价处理：

- (1) 响应文件未满足比选文件规定的签字、盖章要求的；
- (2) 报价人未按比选文件要求提交有效资格证明文件，或提交的资格证明文件有缺

漏的；

（3）报价人对响应文件进行修改后，未在修改处由报价人法定代表人或法定代表人委托的报价代理人签字或盖章的；

（4）明显不符合比选文件规定的采购需求及商务条款要求的；

（5）同一报价人提交两个以上不同的响应文件或者报价，但比选文件要求提交备选报价的除外；

（6）报价有效期少于比选文件规定有效期的响应文件；

（7）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（8）不满足比选文件中“★”号条款的或“★”号条款未提供技术支持材料的；

（9）在信用中国（www.creditchina.gov.cn）等网站有被处罚或严重违法失信行为的；

（10）不符合比选文件规定的其他实质性要求的；

（11）有下列情形之一的，视为报价人串通报价：

a、不同报价人的报价文件由同一单位或者个人编制；

b、不同报价人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

c、不同报价人的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d、不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

e、不同报价人的报价文件相互混装；

f、不同报价人的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.4 评审原则

1.4.1 对所有报价人的报价评估，都采用相同的程序和标准。

1.4.2 评审严格按照比选文件的要求和条件进行。

1.4.3 本次评审细则详见比选文件“第四部分 评审办法”。

2、成交

2.1 本项目由评审小组根据评审方法的规定，推荐成交供应商。合同将授予其报价符合比选文件要求，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的供应商。

3、签订合同

3.1 采购人与成交供应商应当在规定的地点签订合同。

3.2 采购文件、成交供应商的响应文件和评审记录等，均为签订合同的依据。

八、其他要求或说明

- 1、本采购文件的约束条件与采购人授予成交供应商合同中法律有效期同时截止。
- 2、供应商在递交响应文件和报价后,即表示无条件接受本采购文件所有条款的约束。
- 3、采购人无义务向未成交人解释未成交理由。
- 4、本比选文件解释权属采购人。

九、比选保证金

- 1、本项目保证金：无

十、服务费

- 1、本项目服务费：无

第三部分 采购需求

一、项目概述及技术需求

(一) 主要功能与目标	
1	设备功能：鼓室图测试、声反射筛查、声反射衰减、完好鼓膜咽鼓管测试。
2. 应用范围：	
2.1	检查耳朵里的鼓膜（耳膜）能不能正常振动，判断中耳是否有积液、堵住或者气压不对，快速判断小朋友是不是中耳炎、耳朵闷等听力问题。
2.2	声强度高时，判断中耳是否会进行镫骨肌收缩，是否能进行声音自我保护。
2.3	辅助判断耳聋类型——是耳朵传导问题（如中耳炎），还是神经问题（如听神经异常）。
2.4	判断小朋友耳朵闷胀原因，是否咽鼓管堵塞，能否自动调节耳朵里的气压。
(二) 技术参数	
1、可测试功能	
▲1.1	鼓室图测试：手动测试鼓室图：自动测试鼓室图：具备鼓室图结果自动分型功能
1.2	声反射筛查：声反射筛查测试功能
1.3	声反射阈值：同侧、对侧声反射阈值测试功能
1.4	声衰减测试：同侧、对侧声衰减测试功能
1.5	完好鼓膜咽鼓管测试：完好鼓膜咽鼓管 ETF-I 测试功能
2、声顺测试系统	
▲2.1	探测音频率：226 Hz、1000Hz
2.2	探测音声强：226 Hz (85 dB SPL $\pm$ 3 dB)：1000 Hz (69 dB SPL $\pm$ 3 dB)
2.3	动态探测音声强：能够随耳道容积变化进行调整，确保探测声强度一致
2.4	总谐波失真（THD）： $\leq 1\%$
▲2.5	频率精度： $\leq \pm 0.5\%$
▲2.6	声顺范围：0.2~8.0ml
3、显示屏	
▲3.1	显示：不小于 7 英寸，15:9 WVGA
3.2	分辨率：不低于 800 x 480 像素
4、气压系统	
4.1	压力范围：+400~-600daPa
4.2	压力精度： $\pm 10\%$ 或 $\pm 10\text{daPa}$
4.3	压力极限：+600 daPa~ -800 daPa
4.4	压力扫频速率（泵速）：50、100、200、400、600daPa/s
5、声反射刺激声	

5.1	刺激声类型：纯音 0.5、1、2、4kHz，宽频带噪声、高频噪声、低频噪声
5.2	频率精度： $\leq \pm 0.5\%$
5.3	步进大小 dB：1、2、5、10 dB
5.4	最大谐波失真： $\leq 3\%$
5.5	最大刺激声强： $\geq 120\text{dB HL}$
6、其他性能	
6.1	功率消耗： $< 70\text{ VA}$
▲6.2	内置打印机：能够在 112 毫米宽的纸上每秒打印 至少 832 点线
6.3	电源：I 类， 外部电源
6.4	耦合腔：内置 2cc 标准耦合腔
▲6.5	探头：探尖与探头主体精密部件长距离设计，降低因盯聆、中耳积液等 耳道分泌物侵蚀探头造成损坏的风险，减少维修几率和成本

（四）伴随服务要求

1. 产品附件要求:对于产品附件，需要有清单列表，所有主要附件也需要进行定期维护随机工具、产品的升级要求：终身提供免费软件升级
2. 安装：供货商需要提供安装等服务
3. 调试：供货商需要提供调试、性能校准等服务，并提供相关报告
4. 提供技术援助：按甲方要求提供相应的免费技术援助服务
5. 培训：免费提供临床操作培训，不限次数；免费提供技术人员基本维修培训、终身提供免费技术咨询服务。

（五）售后服务要求

1. 售后服务响应时间：维修响应时间 ≤ 0.5 小时, 到达现场时间 ≤ 4 小时, 设备恢复工作 ≤ 6 小时。（提供本地化售后服务证明）
2. 服务内容与计划：设备软件终身免费升级。
3. 维保内容与价格:免费提供 5 年维修保养服务，若设备在此期间送修，承诺提供同型设备供采购人使用。
4. 保修期内定期对仪器进行维护保养维修响应时间要求:至少 3 次/年。出保后的 4 年内每年 1 次定期免费保养。
5. 过保后终身提供维修维保服务，过保后的年度维保费用不超过采购价格的

5%，并提供维修配件的价格和优惠折扣。

6. 备品备件供货与价格：提供耗材的供货与价格，价格作为评分重要参考依据。

第四部分 评审办法（综合评分法）

综合本项目的特点，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

一、评审小组

根据比选采购服务的特点，组建评审小组，成员人数为 3 人或以上单数。

二、评审办法

本项目采用“综合评分法”评审，总分为 100 分。其中价格标权数为 30%，技术商务标权数为 70%。

三、评审程序

1、资格性审查。（详见第一部分 比选邀请 供应商资格要求）。

2、符合性审查。评审委员会依法对响应文件进行符合性审查，若出现第二部分供应商须知中无效响应的情况，将做无效响应处理，不予进入详细评审及后续比选。

3、比选评审小组成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据响应文件对比选文件响应情况、响应文件编制情况等，按照《评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

4、评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。报价文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的为成交人。

5、根据规定,采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商，成交供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照比选分析报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

《评分细则》

评分项目	分值	评分要点及说明
1 报价得分	0-30	报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）
2 技术性能	0-36	投标设备技术参数符合比选文件所有实质性要求的，得基础分 36；投标设备主要功能与目标、主要技术参数（▲）低于比选文件要求，有一项减 2 分；投标设备一般技术参数低于比选文件要求，有一项减 1 分，扣完为止。
3 售后服务	0-20	根据设备使用必须的耗品耗材价格、产品质量保证期、保修响应时间、零配件供应年限、质保期后售后服务收费包件、售后服务及使用人员培训内容等，综合评分，分三档打分，第一档得 14~20 分；第二档得 7~13 分；第三档得 0~6 分。
4 综合能力	0-10	根据产品及品牌、投标人研发能力、整机设计寿命、主要易损件替换周期、上海地区易损件库存量等内容，综合评分，分三档打分，第一档得 7~10 分；第二档得 4~6 分；第三档得 0~3 分。
5 销售业绩	0-4	投标人近三年类似业绩（以合同复印件为准）：0-4 分（每有 1 个类似业绩的，得 1 分；最多得 4 分；无类似业绩的，得 0 分）

第五部分 格式附件

1. 承诺书

我单位参加上海市妇幼保健中心_____项目的比选，郑重承诺满足以下条件：

- 一、具有独立承担民事责任的能力；
- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 五、自开展经营活动以来，无行贿犯罪记录；
- 六、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 七、法律、行政法规规定的其他条件；
- 八、在本项目中提供的资料均真实、有效。

我单位如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此承诺！

供应商法定名称和地址、邮编（公章）：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商法定代表人签章：_____

承诺日期：_____

2. 响应函

致：上海市妇幼保健中心

根据贵方采用比选方式为_____项目采购的要求，签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称、地址）提交响应文件：

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已审阅、正确理解了采购文件的全部内容，并完全接受且执行采购文件中规定供应商所履行的各项义务；

2. 我方对所附报价一览表中规定的应提供的货物报价为_____元；

3. 我方将按采购文件的规定和要求履行合同的责任和义务；

4. 本响应文件有效期自递交响应文件截止时间之日起 90 个日历日；

5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与本次采购有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件；

6. 为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其报价货物和相关服务，我方就本次响应有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商授权代表签章：

供应商公章：

日期： 年 月 日

3. 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于_____的_____公司的下面签字的
(法定代表人)代表本公司授权下面签字的_____ (被授权人的姓名、职务)
为本公司的合法和全权代表人，就_____项目报价、采购和执行、完成的全
过程，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字有效，特此声明。

委托人（法定代表人）签章：_____

供应商公章：_____

受托人（被授权人）签章：_____

被授权人身份证复印件
(有照片一面)
粘贴处

4. 被授权人社保证明材料（近 6 个月内任意一个月）（加盖公章）

5. 报价一览表

项目名称：上海市妇幼保健中心声阻抗测听设备采购项目

货物名称	产地或来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	质量保证期(1) 免费提供 5 年维修保养服务，若设备在此期间送修，承诺提供同型设备供采购人使用。 (2) 保修期内定期对仪器进行维护保养维修响应时间要求:至少 3 次/年。出保后的 4 年内每年 1 次定期免费保养。(3) 过保后终身提供维修维保服务，过保后的年度维保费用不超过采购价格的 5%，并提供维修配件的价格和优惠折扣。	单价 (元)	数量	合计 报价 (元)

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

（2）以上报价包含本项目产生的所有费用，包括为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括货物（含设备、配件、辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、搬运、安装、调试、人员培训、税收、售后服务以及招标人指定的第三方检测等费用。

供应商公章：_____

日期：_____年____月____日

6. 制造厂家授权书格式

致：上海市妇幼保健中心

作为设在_____（制造厂家地址）的制造/生产_____（货物名称或描述）的_____（制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权_____（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵方_____项目（项目名称、招标编号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1. 我方此次向贵方提供的货物名称为：_____；规格型号：_____；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于_____年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于_____年____月；在可以预见的_____（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3. 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位 名称	采购 数量	单价	合同金额 （万元）	合同签订 日期	验收 日期	联系人及 联系电话

4. 我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂家（公章）：_____

日期：_____年____月____日

说明：如投标人不是投标货物的制造厂家，应提供制造厂家授权书或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。

7. 近三年内类似项目实施情况一览表

项目名称：上海市妇幼保健中心声阻抗测听设备采购项目

序号	项目名称	实施时间	项目规模 (万元)	采购单位	联系人	联系方式	其他说明

注：如在本表格不能全部填写完，可按此表格格式自行制表填写。

“近三年”指比选响应之日倒推三年。须提供项目的证明文件（合同复印件）。

8. 履行合同所配备的管理、技术人员清单

项目名称：上海市妇幼保健中心声阻抗测听设备采购项目

序号	姓名	年龄	性别	在项目 组中的 角色	学历、专业	职称	执业（职 业）资格	从事相 关工作 年限

注：

- 1、在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格格式自行制表。
- 2、须提供管理、技术人员身份证及相关资格证书等证明材料。
- 3、此表作为成交后服务承诺书的组成部分，项目人员应保持稳定。

9、投标货物技术偏离表

项目名称：上海市妇幼保健中心声阻抗测听设备采购项目

序号	比选文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否有偏差	偏差说明	页码

说明：（1）供应商必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”，在“页码”中标注投标文件中所提供证明文件/内容所在的页码。**其中，投标设备主要功能与目标、主要技术参数（▲）必须提供技术证明文件，否则评分时被认定为低于比选文件要求。**

（2）投标货物的规格、技术参数和性能与比选文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

10. 投标货物技术参数及技术支持资料

11. 投标货物配件明细表

项目名称：上海市妇幼保健中心声阻抗测听设备采购项目

[illegible]

12. 安装、调试等伴随服务内容工作计划说明（格式自拟）

13. 售后服务方案

项目名称：上海市妇幼保健中心声阻抗测听设备采购项目

序号	项目	说明
1	产品质量保证期	
2	报修响应时间	
3	零配件供应年限	
4	质保期后售后服务收费报价（此报价须按照每一年报出，共五年。）	
5	质保期内外，设备送修期间，是否提供同型设备供用户使用	
6	同型号设备软件是否免费升级	
7	主要配件、消耗品等三年不变优惠报价清单（包括配件更换后免费保修的时限）	
8	售后服务及使用人员培训内容（详细说明）	
9	其他	

供应商（公章）：_____

日期：_____年____月____日

14. 综合能力自述

项目名称：上海市妇幼保健中心声阻抗测听设备采购项目

序号	项目	说明
1	产地及品牌	
2	研发能力	
3	整机设计寿命	
4	主要易损件替换周期	
5	上海地区易损件库存量	
6	投标设备进入中国市场时间	
7	质量保证体系	
8	其他	

供应商（公章）：_____

日期：_____年____月____日